

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/21 – ESCLARECIMENTOS Nº 05

Pergunta 01: Referente ao item 16, lote 7, o reagente será utilizado em qual equipamento (marca/modelo)?

Resposta 01: HACH DR 2700.

Pergunta 02: Referente ao item 30, lote 19, o disco colorimétrico para cloro deve ser por qual método?

Resposta 02: Método colorimétrico DPD.

Pergunta 03: Referente ao item 30, lote 19, o disco colorimétrico deve ser fornecido juntamente com o comparador ou o disco será utilizado em algum comparador que já existe no laboratório do DAE?

Resposta 03: Será usado em comparador existente, marca HACH.

Departamento de Tratamento de Água